

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για το χημικό εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Πάτρας, απαιτείται να προμηθευτούμε ένα ψυγείο - καταψύκτης όπου θα αποθηκεύονται σε θερμοκρασία συντήρησης τα διάφορα Kit των εργαστηριακών αναλωσίμων σε θερμοκρασία από  $+2^{\circ}\text{C}$  έως  $+8^{\circ}\text{C}$ , σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά είναι :

- 1) Χωρητικότητα συντήρησης τουλάχιστον 330 lt ή μεγαλύτερη.
- 2) Ετήσια κατανάλωση ρεύματος τουλάχιστον 220 KWh/y ή μικρότερο (ενεργειακή κλάση A<sup>+++</sup> ).

Από έρευνας αγοράς το ενδεικτικό κόστος ανέρχεται σε 980,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο Υπάλληλος Ελέγχου & Επεξεργασίας Λυμάτων



ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δ/ντής Περιβάλλοντος



ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/Ν